

Znコントロール I

使用目的

亜鉛（Zn）の精度管理用

使用法

- 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用ください。
- 保存時はしっかりと栓をしてください。

表示濃度

Zn : 100 μ g / dL

注意事項

- 亜鉛（Zn）は水道水、空気中のほこりなどに多量に存在しているため、使用時には注意してください。
- 蒸発や濃縮等、取り扱いに十分注意してください。
- 使用するサンプルカップの汚染に注意してください。


包装形態

製品コード	内容	包装
A250-50	Znコントロール I (100 μ g/dL)	5 ml \times 3

貯法, 有効期間

貯法 : 2 ~ 10 $^{\circ}$ C

有効期間 : 製造後 1 年 (有効期限はラベルに記載)



札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7
フリーダイヤル 0120-123-489